

ПОЛИТИКА ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ТОО «MEDILAB IMMUN.KZ»

Клинико–диагностическая лаборатория ТОО «MEDILAB IMMUN.KZ» (далее – КДЛ) реализует Политику ИЛАС «Политики ИЛАС по прослеживаемости результатов измерений» и Политику ТОО НЦА П 01-07.04 «СМ. Политика в области прослеживаемости результатов измерений» по прослеживаемости результатов измерений и берёт на себя обязательства по соблюдению установленных требований к прослеживаемости.

Метрологическая прослеживаемость результатов измерений является ключевым требованием, для которого необходима гармонизированная политика, чтобы обеспечить уверенность всех заинтересованных сторон в результатах исследований, проводимых КДЛ.

КДЛ устанавливает метрологическую прослеживаемость средств измерений и аналитического (испытательного) оборудования, посредством поверки, калибровки, аттестации оборудования перед вводом в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, осуществляемых компетентными, аккредитованными в установленном порядке организациями, демонстрирующими выполнение требования по прослеживаемости результатов измерений.

Сертификаты о поверке, сертификаты калибровки, сертификаты об аттестации содержат достаточные сведения для получения уверенности в демонстрации прослеживаемости.

КДЛ использует контрольные материалы и калибраторы утвержденного типа в соответствии с выбранной областью аккредитации.

Сведения о прослеживаемости контрольных материалов и калибраторов содержатся в соответствующей сопроводительной документации. Документация о цепи прослеживаемости предоставлена производителем аналитической системы.

Результаты измерений, выдаваемые КДЛ, выражаются в единицах величин, допущенных к применению в Республике Казахстан, обеспечивающих прослеживаемость результатов измерений к Международной системе единиц.

Все сотрудники КДЛ ознакомлены с настоящей Политикой, руководствуются ею в своей деятельности и обеспечивают ее исполнение.

Разработал:

Заведующий отдела контроля качества лабораторных услуг Данабекова А.Ж.

«10» января 2025г.